

保健室関係物品仕様書

1 品名(想定品)及び数量

No	品名	数量	参考メーカー・規格等	備 考
1	テーブル	1	幅1500×奥行750×高さ700mm程度 内田洋行 6-165-7538	<p>左記記載の品名、参考メーカー・規格等は想定品である。</p> <p>想定品に替えて見積もる場合には、規格・仕様を満たしたものであること。</p>
2	椅子	4	幅500×奥行500×高さ800mm程度 内田洋行 1-321-2012	
3	アコーディオンスクリーン	3	伸縮幅400mm～1800mm程度 防災性能適合品 キャスター付 内田洋行 8-702-6006	
4	敷布団	4	1000×2100mm程度 グリーン購入法適合商品 内田洋行 8-701-2613	
5	掛布団	4	1500×2100mm程度 グリーン購入法適合商品 内田洋行 8-701-2611	
6	毛布	4	1400×2000mm程度 グリーン購入法適合商品 内田洋行 8-701-2660	
7	シーツ	4	1600×2500mm程度 内田洋行 8-701-1133	
8	枕	4	幅630×奥行430mm程度 内田洋行 8-701-2630	
9	敷布団カバー	4	No.4に対応するもの 内田洋行 8-701-2614	
10	掛布団カバー	4	No.5に対応するもの 内田洋行 8-701-2612	
11	枕カバー	4	No.8に対応するもの 内田洋行 8-701-2626	
12	物干し器	1	ステンレス製 折りたたみ式 幅800×奥行650×高さ725mm程度 ヤガミ 4640600	
13	布団干し	1	アルミ製 幅2400×奥行800×高さ1200mm程度 使用目安 布団4枚程度 内田洋行 8-705-8104	
14	脱衣かご	3	幅540×奥行380×高さ170mm程度 内田洋行 8-804-0028	
15	応急救急バッグ	1	幅260×奥行120×高さ180mm程度 ナイロン製 弱撥水加工 内田洋行 8-722-1830	
16	メディカルワゴン	1	幅600×奥行445×高さ770mm程度 キャスター付 内田洋行 2-539-4294	
17	温湿度計	1	WBGT指数:-2～+62℃ 温度:0～50℃ 相対湿度:20～90% 内田洋行 8-736-1235	
18	電子体温計	5	体温表示:3桁+℃表示 0.1℃毎 測定時間:10分以内 内田洋行 8-712-3120	

19	視力検査セット	2	視力表:縦80×横40mm程度 ヤガミ 4864900 指示棒:長さ13～64cm程度 ヤガミ 6730700 遮眼子:大きさ20cm程度 ヤガミ 0834500
20	聴力検査器	1	2人用 JQA合格証付 内田洋行 8-710-5164
21	全自動高圧蒸気滅菌器	1	寸法幅430mm×奥行450mm×高さ360mm程度 滅菌温度 121℃(20～90分) 132℃切換(5～90分) 乾燥方式 送風ブロー方式 安全装置 空焚防止装置、安全弁・圧力安全スイッチ、過電流保護ブレーカー 電源 AC100V 角カスト含む ヤガミ 6515300
22	石油ストーブ	1	幅600×奥行500×高さ500mm程度 トヨトミ KS-67H
23	システム戸棚	2	2組の布団収納可 幅1100×奥行800×高さ1900mm程度 内田洋行 ST-7560

2 納入期限

平成31年3月29日(金)

3 納入場所(予定)

福島県立ふたば未来学園高等学校Ⅱ期校舎・併設中学校 中学保健室 2階

4 その他

- (1) 搬入、設置に要する経費を見積額に含めること。
- (2) 納入場所は現在建築工事中であり、物品の納入スケジュールについては、納入期限内で発注者と協議のうえ決定すること。(平成31年3月下旬予定)
- (3) 物品搬入にあたっては、上記3 納入場所(予定)としているが、今後調整した上で学校担当者の指示に従い搬入すること。また、床面等に傷を付けないよう配慮すること。
- (4) 納入後不要となった梱包資材等は受注者が持ち帰ること。
- (5) 購入した物品を管理するため、ラベルを作成すること。記載内容に関しては、学校担当者からの指示に従うこと。(別紙参照)